



БУЙРУК  
ПРИКАЗ

*Идектарь Э.Алишерова* № *167*

Бишкек ш.

**“Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасына өлчөөнүн каражаттарын текшерүү укугун берүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-июлундагы № 401 «Кыргыз Республикасынын Ченөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) ченөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга ченөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартиби жөнүндө» токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №117 «Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин маселелери жөнүндө» токтомуна ылайык, эксперттик комиссиянын 2018-жылдын 5-январындагы корутундусунун негизинде **буйрук кылам:**

1. “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасына ушул Буйруктун 1- тиркемесине ылайык 1 (бир) жылдык мөөнөткө өлчөөнүн каражаттарын текшерүү укугу берилсин.

2. Контролдоо жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология Борборунун директоруна жана “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасына жеткирсин.

3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары Э.Алишеровго жүктөлсүн.

**О предоставлении права проведения поверки средств измерений Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»**

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2013 года №401 «Об утверждении Порядка предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 117», на основании заключения экспертной комиссии от 5 ноября 2018 года **приказываю:**

1. Государственному предприятию «НК «Кыргыз темир жолу» предоставить право проведения поверки средств измерений, согласно Приложению к настоящему приказу сроком на 1 (один) год.

2. Отделу контроля и делопроизводства довести настоящий приказ до сведения директора Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики и Государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Э.Алишера.

Министр



О.М.Панкратов

Статс – катчы

А.О.Шаршеев

Министрдин орун басары

Э.Т.Алишеров

Министрдин орун басары

А.Ш.Алыбаев

Министрдин орун басары

Э.К.Абакиров

Укуктук колдоо, экспертиза  
Башкармалыгынын начальниги

М.М.Жуманова

Шайкештикти баалоо системасын жөнгө  
Салуу жана Халал индустриясы  
бөлүмүнүн башчысы

Б.К.Шабданов

Контролдоо жана иш кагаздарын жүргүзүү  
бөлүмүнүн башчысы

Т.А.Джунушев

Аткаруучу:  
Өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу  
боюнча секторунун башчысы

С.Х.Жолдошева

Приложение к приказу  
 Министерства экономики КР  
 от « 11 » декабря 2018г.  
 № 167

Область поверки ГП НК «Кыргыз темир жолу»

N п/п	Вид измерений	Наименование группы испытуемых и (или) поверяемых средств измерений, тип	Метрологические характеристики		Примечание
			Диапазон измерений	Класс точности (КТ), погрешность (ПГ)	
1	2	3	4	5	6
1.	2771661	Дефектоскоп феррозондовый типа ДФ201, Ф205, Ф215.	1000-200000 А/м <sup>2</sup>	10/0,01%	
2.	2771661	Дефектоскоп вихретоковый типа ВД-12НФ, ВД12-НФМ, ВД211	Порог чувствительности 0,05-3мм	±0,05мм	
3.	2771661	Дефектоскопы ультразвуковые типа УД2-102, УД2-12, Поиск-2., Поиск-10, А1214,	0,4-10 МГц 4-120 В	±10% ±2 дБ	
4.	2771661	Толщиномеры ультразвуковые типа А1207., А1208., А1209.	0,4-10 МГц, 4-120 В	±10% ±2 дБ	
5.	2771661	Образцы градиента напряженности магнитного поля типа СОП-НО	6500-10000 А/м <sup>2</sup>	±325-500 А/м <sup>2</sup>	
6.	2849621	Скоростеметр локомотивный типа ЗСЛ-2М	от 0 до 150км/ч	КТ-1,5, ПГ-1,5%	
7.	2703792	Шаблоны путеизмерительные типа ЦУП-2	от 1510мм до 1550мм	По ширине колеи не более ±1мм. По уровню не более ±1мм	
8.	2771661	Меры напряженности постоянного и переменного магнитного поля типа М-101 М-303.1 М-103.	0-200000 А/м <sup>2</sup>	3% ±0,3% ±1,5% ±0,3%	

9.	2771661	Измеритель градиента напряженности магнитного поля типа	0-200000А/М <sup>2</sup>	±(0,01+1)%	
10.	2771661	Измеритель напряженности магнитного поля типа	0-20000А/М	±(0,01+1)%	